

## TEE - 1 db hidegterápiás kabin beszerzése

I.D.: 106842905

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-227632024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817855427925.pdf

A szerződés Árubeszerzés  
típusa:

A  
dokumentum  
típusa: Eredménytájékoztatók

CPV kódok: 33165000-4

Ajánlatkérő  
szervezet: Kaposvári  
Sportközpont és  
Sportiskola

Rövid  
összefoglaló: Az eljárás tárgya 1 db hidegterápiás kabin  
beszerzése.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék  
ajánlható meg.

A szállítandó árunak meg kell felelnie az alábbi  
követelményeknek:

# Teljesen elektromos működésű (nincs fogyóanyag  
gáz használat pl.: nitrogén)

# Teljes test kezelésére alkalmas, beleértve a fej,  
nyak, vállak területét is

# Egykamrás kabin

# Hűtési rendszer: legalább 1 kompresszor,  
léghűtés

# Elektromos csatlakozás 380 - 440 V, 3-fázis, max.  
32 A

# Terápiás kabin külső mérete max.: 2500 x 1300 x  
2300 mm

# Terápiás kabin belső mérete min.: 2000 x 800 x  
800 mm

# Terápiás kabin össztömege max: 710 kg

# Zárt fagyasztórendszerben keringetett fagyasztó  
anyag CFC-mentes, nem mérgező, nem gyúlékony

# Szabályozható a terápiás kabinon belüli  
légkeverés és páraelszívás intenzitása

# Munkanap végi kikapcsoláskor integrált  
automatikus felfűtési és kiszáritási program

# Munkanap végi

---

Összefoglaló: Az eljárás tárgya 1 db hidegterápiás kabin beszerzése. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék ajánlható meg. A szállítandó árunak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: # Teljesen elektromos működésű (nincs fogyóanyag gáz használat pl.: nitrogén) # Teljes test kezelésére alkalmas, beleértve a fej, nyak, vállak területét is # Egykamrás kabin # Hűtési rendszer: legalább 1 kompresszor, léghűtés # Elektromos csatlakozás 380 - 440 V, 3-fázis, max. 32 A # Terápiás kabin külső mérete max.: 2500 x 1300 x 2300 mm # Terápiás kabin belső mérete min.: 2000 x 800 x 800 mm # Terápiás kabin össztömege max: 710 kg # Zárt fagyasztórendszerben keringetett fagyasztó anyag CFC-mentes, nem mérgező, nem gyúlékony # Szabályozható a terápiás kabinon belüli légkeverés és páraelszívás intenzitása # Munkanap végi kikapcsoláskor integrált automatikus felfűtési és kiszáritási program # Munkanap végi

---