

Sejtválogató és szövetszociáló készülékek

I.D.: 106570962

Melléklet(ek):

- portal_ehr-220972024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817647678805.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	38434510	Ajánlatkérő szervezet:	Semmelweis Egyetem

Rövid összefoglaló: Adásvételi szerződés keretében 1 db automatizált sejtválogató készülék és 1 db szövetszociáló félautomata készülék beszerzése. Eljárás neve: „1 db automatizált sejtválogató készülék, és 1 db szövetszociáló félautomata készülék beszerzése”, EKR rövidített név: Sejtválogató és szövetszociáló készülékek. Nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata adásvételi szerződés keretében 1 db automatizált sejtválogató készülék és 1 db szövetszociáló félautomata készülék szállítása a jelen felhívásban Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre. A sejtválogató készüléknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelnie: Automatizált sejtválogató készülék - Sejtek teljes mértékben automatizált elkülönítése sejt kultúrából, vérmintából, disszociált szövetszociálóból, immunitokémiai sejtjelölés módszerrel - Működési hőmérséklet: 15-30 oC - Alacsony zajszint: <70 dB - Súly: legfeljebb 35 kg - Méret: legfeljebb 850 mm x 650mm - Magasság: legfeljebb 550mm Hardverkövetelmények: - Kijelző: érintőképernyő, legalább 10" LCD - Reagensek azonosítása: Beépített barcode leolvasóval - Futó program felügyelete: Szenzor kontrollált visszajelzés a készülék állapotáról, pufferek mennyiségéről, minta/oszlop állapotáról - Mintajelölés: Többféle minta egyidejű, automatizált jelölése - nyertes ajánlattevő megajánlása szerint - Sejtválogatás: Pozitív szelekcióval A szövetszociáló készüléknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelnie: Szövetszociáló félautomata készülék - Súly: legfeljebb 25 kg - Méret: legfeljebb 650mm x 450mm - Magasság: legfeljebb 400mm

Hardverkövetelmények - Hőmérséklet szabályozás:

Beépített hőmérséklet szabályozó egység

- Párhuzamosan feldolgozható minták száma:

minimum 8, nyertes ajánlattevő megajánlása

szerint - A minták egyidejű feldolgozása: akár

egymástól független módon is - Sterilitás

biztosítása: Zárt, steril tér megléte a disszociációs

folyamatokhoz Szoftverkövetelmények

- Előre definiált szövetspecifikus disszociáltató

programok: szükséges - Ingyenes

szoftver frissítés: szükséges - A felhasználó saját

programjainak beállíthatósága:

szükséges A két készülék kapcsán elvárás, hogy

egymással kompatibilisek legyenek.

A közbeszerzés tartalmazza: - a műszaki leírásban

meghatározott paraméterekkel rendelkező

eszközök megajánlását, - a készülékek szállítását,

telepítését, üzembe helyezését,

az üzembe helyezéshez szükséges anyagok,

eszközök biztosítását, összesen 3 nap technikai

próbaüzemet, - szoftverbetanítást mindkettő

eszközre együttesen min. 3 fő részére,

min. 1 (egy) alkalommal min. 4 (négy) óra

időtartamban, - 12 (tizenkettő) hónap teljes

körű jótállást mindkettő eszközre. A készülékek ára

tartalmazza a szerződés teljesítéséhez

szükséges valamennyi költséget, beleértve a

szállítást, illetve a szállítással összefüggő

valamennyi (behozattal, forgalomba hozattal

kapcsolatban felmerülő) költséget

(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb). Nyertes

ajánlattevő kötelezettsége továbbá,

hogy a készülékek jótállási időszaka alatt 1 héten

belül biztosítson szervizt a hibaelhárításhoz,

valamint a készülékekhez tartozó szoftverek update-

jét. Amennyiben a közbeszerzési

dokumentumok konkrét

megjelölés(ek)e)t/márká(ka)t tartalmaznak, az a

beszerzés tárgyának

egyértelmű azonosítása érdekében történt,

azzal/azokkal egyenértékű ajánlat is tehető.

A beszerzés tárgyának részletes leírását a

közbeszerzési dokumentumok részeként

rendelkezésre

bocsátott Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Összefoglaló: Adásvételi szerződés keretében 1 db automatizált sejtválogató készülék és 1 db szövetdisszociáló félautomata készülék beszerzése. Eljárás neve: „1 db automatizált sejtválogató készülék, és 1 db szövetdisszociáló félautomata készülék beszerzése”, EKR rövidített név: Sejtválogató és szövetdisszociáló készülékek. Nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata adásvételi szerződés keretében 1 db automatizált sejtválogató készülék és 1 db szövetdisszociáló félautomata készülék szállítása a jelen felhívásban Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre. A sejtválogató készüléknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelnie: Automatizált sejtválogató készülék - Sejtek teljes mértékben automatizált elkülönítése sejtkultúrából, vérmintából, disszociált szövetmintából, immuncitokémiai sejtjelölés módszerrel - Működési hőmérséklet: 15-30 oC - Alacsony zajszint: <70 dB - Súly: legfeljebb 35 kg - Méret: legfeljebb 850 mm x 650mm - Magasság: legfeljebb 550mm Hardverkövetelmények: - Kijelző: érintőképernyő, legalább 10" LCD - Reagensek azonosítása: Beépített barcode leolvasóval - Futó program felügyelete: Szenzor kontrollált visszajelzés a készülék állapotáról, pufferek mennyiségéről, minta/oszlop állapotáról - Mintajelölés: Többféle minta egyidejű, automatizált jelölése - nyertes ajánlattevő megajánlása szerint - Sejtválogatás: Pozitív szelekcióval A szövetdisszociáló készüléknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelnie: Szövetdisszociáló félautomata készülék - Súly: legfeljebb 25 kg - Méret: legfeljebb 650mm x 450mm - Magasság: legfeljebb 400mm Hardverkövetelmények - Hőmérséklet szabályozás: Beépített hőmérséklet szabályozó egység - Párhuzamosan feldolgozható minták száma: minimum 8, nyertes ajánlattevő megajánlása szerint - A minták egyidejű feldolgozása: akár egymástól független módon is - Sterilitás biztosítása: Zárt, steril tér megléte a disszociációs folyamatokhoz Szoftverkövetelmények - Előre definiált szövetspecifikus disszociáltató programok: szükséges - Ingyenes szoftver frissítés: szükséges - A felhasználó saját programjainak beállíthatósága: szükséges A két készülék kapcsán elvárás, hogy egymással kompatibilisek legyenek. A közbeszerzés tartalmazza: - a műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező eszközök megajánlását, - a készülékek szállítását, telepítését, üzembe helyezését, az üzembe helyezéshez szükséges anyagok, eszközök biztosítását, összesen 3 nap technikai próbaüzemet, - szoftverbetanítást mindkettő eszközre együttesen min. 3 fő részére, min. 1 (egy) alkalommal min. 4 (négy) óra időtartamban, - 12 (tizenkettő) hónap teljes körű jótállást mindkettő eszközre. A készülékek ára tartalmazza a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, beleértve a szállítást, illetve a szállítással összefüggő valamennyi (behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő) költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb). Nyertes ajánlattevő kötelezettsége továbbá, hogy a készülékek jótállási időszaka alatt 1 héten belül biztosítson szervizt a hibaelhárításhoz, valamint a készülékekhez tartozó szoftverek update-jét. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölés(eke)t/márká(ka)t tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal/azokkal egyenértékű ajánlat is tehető. A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
