

Képkalkuló diagnosztikai berendezések beszerzése

I.D.: 107109711

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	33100000 33115100 50000000 33113000 33182300 33110000	Beadási határidő:	2025.01.17 11:00
Ajánlatkérő szervezet:	Semmelweis Egyetem	Rövid összefoglaló:	<p>A Semmelweis Egyetem részére, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (VSZÉK) épületébe új, még nem használt berendezések beszerzése a V70 projekt keretében 4 részben 12 hónapos jótállással és további 48 hónapos átalánydíjas teljeskörű szervizszolgáltatással.</p> <p>1. rész: Fotonszámláló detektoros CT berendezés - 1 db 2. rész: Kardiológiai MR berendezés - 1 db 3. rész: Elektrofiziológiai és hemodinamikai DSA berendezés - 1 db 4. rész: Érsebészeti mobil C-íves képerősítő berendezés - 1 db</p> <p>A nyertes ajánlattevő feladatai: A Berendezés(ek) a) leszállítása, b) telepítése, c) üzembe helyezése, d) technikai próbaüzemének lefolytatása 5 (öt) nap időtartamban, e) használatának betanítása (5 (öt) fő részére 2 (két) alkalommal, alkalmanként 8 (nyolc) órában, f) 30 (harminc) napi időtartamú orvosszakmai próbaüzemének lefolytatásában való közreműködés, g) vonatkozásában 12 (tizenkét) hónap jótállás, illetve h) a jótállási időszak leteltétől kezdődően 48 (negyvennyolc) hónap teljeskörű szervizszolgáltatás biztosítása. Az 1-3. részek tekintetében a teljesítés helye jelenleg kivitelezés alatt van, a Berendezés(ek) 30 napos orvosszakmai próbaüzemére a teljesítési hely jogerős használatbavételi engedélyének megadását követően, közösen megállapított határidőn belül kerül sor, mely a II.2.7. pontban feltüntetett szerződéses időtartamot módosíthatja. A 4. rész tekintetében a teljesítés helye a részre vonatkozó pontban található.</p> <p>Mindegyik rész tekintetében: - ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges a megajánlott Berendezés 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerinti osztályba sorolásáról. Az 1., 3. és 4. rész tekintetében:</p>

- nyertes ajánlattevőknek gondoskodnia kell a telepítéshez szükséges engedélyek beszerzéséről, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet és az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022 (IV.29.) OAH rendelet előírásaira. A szolgáltatással kapcsolatos elvárások:

- a leszállított berendezések éves garantált (kötbérterhes) rendelkezésre állása legalább 97%-nak (354 nap) kell lennie, -
- a dokumentált hibabejelentéstől számítva - minden naptári napon - a szerviz reagálási ideje nem lépheti túl a 4 órát, - a hibaelhárítás maximális időtartama a bejelentéstől számítva nem haladhatja meg a 3 munkanapot. Az eljárás keretében szállításra kerülő berendezéseknek fokozott terhelés mellett is nagy működési biztonságot kell garantálniuk. A berendezések, részegységek, tartozékok, szoftverek stb. típusára utaló megnevezések kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ennek megfelelően az esetleges specifikus vagy szabadalmi oltalom alatt álló megnevezésekkel ekvivalens (azaz azokkal funkcionálisan és/vagy technikailag egyenértékű, de más elnevezésű) termékek azonosnak tekintendők.

Összefoglaló: A Semmelweis Egyetem részére, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (VSZÉK) épületébe új, még nem használt berendezések beszerzése a V70 projekt keretében 4 részben 12 hónapos jótállással és további 48 hónapos átalánydíjas teljeskörű szervizszolgáltatással. 1. rész: Fotonzámláló detektoros CT berendezés - 1 db 2. rész: Kardiológiai MR berendezés - 1 db 3. rész: Elektrofiziológiai és hemodinamikai DSA berendezés - 1 db 4. rész: Érsebészeti mobil C-íves képerősítő berendezés - 1 db

A nyertes ajánlattevő feladatai: A Berendezés(ek) a) leszállítása, b) telepítése, c) üzembe helyezése, d) technikai próbaüzemének lefolytatása 5 (öt) nap időtartamban, e) használatának betanítása (5 (öt) fő részére 2 (két) alkalommal, alkalmanként 8 (nyolc) órában, f) 30 (harminc) napi időtartamú orvosszakmai próbaüzemének lefolytatásában való közreműködés, g) vonatkozásában 12 (tizenkét) hónap jótállás, illetve h) a jótállási időszak leteltétől kezdődően 48 (negyvennyolc) hónap teljeskörű szervizszolgáltatás biztosítása. Az 1-3. részek tekintetében a teljesítés helye jelenleg kivitelezés alatt van, a Berendezés(ek) 30 napos orvosszakmai próbaüzemére a teljesítési hely jogerős használatbavételi engedélyének megadását követően, közösen megállapított határidőn belül kerül sor, mely a II.2.7. pontban feltüntetett szerződéses időtartamot módosíthatja. A 4. rész tekintetében a teljesítés helye a részre vonatkozó pontban található. Mindegyik rész tekintetében: - ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges a megajánlott Berendezés 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerinti osztályba sorolásáról. Az 1., 3. és 4. rész tekintetében: - nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a telepítéshez szükséges engedélyek beszerzéséről, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet és az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022 (IV.29.) OAH rendelet előírásaira. A szolgáltatással kapcsolatos elvárások: - a leszállított berendezések éves garantált (kötbérterhes) rendelkezésre állása legalább 97%-nak (354 nap) kell lennie, - a dokumentált hibabejelentéstől számítva - minden naptári napon - a szerviz reagálási ideje nem lépheti túl a 4 órát, - a hibaelhárítás maximális időtartama a bejelentéstől számítva nem haladhatja meg a 3 munkanapot. Az eljárás keretében szállításra kerülő berendezéseknek fokozott terhelés mellett is nagy működési biztonságot kell garantálniuk. A berendezések, részegységek, tartozékok, szoftverek stb. típusára utaló megnevezések kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ennek megfelelően az esetleges specifikus vagy szabadalmi oltalom alatt álló megnevezésekkel ekvivalens (azaz azokkal funkcionálisan és/vagy technikailag egyenértékű, de más elnevezésű) termékek azonosnak tekintendők.
