

Viszkoziméter (oszcillációs cellás)

I.D.: 107359378

Melléklet(ek):

- portal_ehr-229712024.pdf
- KD_viszkoziméter_oszcillációs_FINdocx8818113017173.docx
- SZT_Viszkoziméter (oszcillációs)_vegleges_01pdf8818113049941.pdf
- hirdetmeny.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	38425200	Beadási határidő:	2025.01.30 10:00
Ajánlatkérő szervezet:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Rövid összefoglaló:	A „CCEI_2021-CUSTLAB” projekt keretében kerül sor az 1 db oszcillációs cellával felszerelt viszkoziméter beszerzésére. Alkalmazási terület: Ásványolajtermékek kinematikai viszkozitásának meghatározása Stabinger-féle viszkoziméteres módszerrel Készülékkel szemben támasztott általános követelmények: • Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50/60 Hz • A készülék rendelkezzen CE minősítéssel. Specifikáció: • Feleljen meg az ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052 és ISO 12185 vizsgálati módszerekben előírt követelményeknek. További részletek a KD részét képező Műszaki leírásban található.

Összefoglaló: A „CCEI_2021-CUSTLAB” projekt keretében kerül sor az 1 db oszcillációs cellával felszerelt viszkoziméter beszerzésére. Alkalmazási terület: Ásványolajtermékek kinematikai viszkozitásának meghatározása Stabinger-féle viszkoziméteres módszerrel Készülékkel szemben támasztott általános követelmények: • Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50/60 Hz • A készülék rendelkezzen CE minősítéssel. Specifikáció: • Feleljen meg az ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052 és ISO 12185 vizsgálati módszerekben előírt követelményeknek. További részletek a KD részét képező Műszaki leírásban található.