

Eredménytájékoztató 1 db Cryostat beszerzése

I.D.: 105808525

Melléklet(ek):

- portal_ehr-207002024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817524569429.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	33100000-1	Ajánlatkérő szervezet:	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Rövid összefoglaló: 1 db Cryostat beszerzése

- Metszési tartomány min. 1 - 100 μm
- Teljes minta előtolás min. 25 mm
- Független löket min. 59 mm
- Munkatér hőmérséklet-tartománya min.0-5°C - -35°C
- Gyors fagyasztólap minimum hűtése -40°C
- Fagyasztási szintek száma min. 8 db
- Peltier-elem gyorsfagyasztási szintek száma min. 2 db
- Manuális, vagy késleltetett gyorsleolvasztás funkció
- UV fényes fertőtlenítés
- Üveg anti roll plate
- nyomógombos kezelőfelülettel vezérelhető
- rozsdamentes acél belső munkatér

Ajánlattevő kötelessége továbbá a vállalt garanciális időtartamon belüli időszakos karbantartási feladatok és javítások elvégzése is.

A megajánlott eszköz I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz, ezért meg kell felelnie a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, azoknak rendelkezniük kell gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához

Összefoglaló: 1 db Cryostat beszerzése • Metszési tartomány min. 1 - 100 μm • Teljes minta előtolás min. 25 mm • Függőleges löket min. 59 mm • Munkatér hőmérséklet-tartománya min. 0-5°C- -35°C • Gyors fagyasztólap minimum hűtése -40°C • Fagyasztási szintek száma min. 8 db • Peltier-elem gyorsfagyasztási szintek száma min. 2 db • Manuális, vagy késleltetett gyorsleolvasztás funkció • UV fényes fertőtlenítés • Üveg anti roll plate • nyomógombos kezelőfelülettel vezérelhető • rozsdamentes acél belső munkatér Ajánlattevő kötelessége továbbá a vállalt garanciális időtartamon belüli időszakos karbantartási feladatok és javítások elvégzése is. A megajánlott eszköz I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz, ezért meg kell felelnie a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, azoknak rendelkezniük kell gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
