

Genetikai analizátor beszerzése

I.D.: 106842899

Melléklet(ek):

- portal_ehr-226982024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817797526869.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	38434000-6	Ajánlatkérő szervezet:	Pécsi Tudományegyetem

Rövid összefoglaló: Ajánlatkérő a PTE Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézete részére 1 db Kapilláris elektroforézis technikán alapuló genetikai analizátor beszerzését tervezi számítógéppel, monitorral és szoftverekkel együtt.
Az adásvételi szerződés keretében Ajánlattevő feladata:
- érvényes CE tanúsítvánnyal rendelkező, genetikai analizátor berendezés kiszállítása, számítógéppel, monitorral és szoftverekkel együtt, annak összeszerelése, üzembehelyezése
- A készülék alkalmas legyen Sanger szekvenálási reakciótermékek vizsgálatára nukleinsav szekvencia meghatározása céljából 100-700 bázispár méretre kiterjedően (célzott újraszekvenálás humán/patogén mutáció meghatározás)
- A készülék alkalmas legyen fragment analízisen alapuló vizsgálatok elvégzésére (MLPA, mikroszatellita analízis)
- A készülék alkalmas legyen: minimum 4 minta egyidejű elektroforézisére (4 kapilláris)

- minimum 18 hónap jótállás bizto

Összefoglaló: Ajánlatkérő a PTE Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézete részére 1 db Kapilláris elektroforézis technikán alapuló genetikai analizátor beszerzését tervezi számítógéppel, monitorral és szoftverekkel együtt. Az adásvételi szerződés keretében Ajánlattevő feladata: - érvényes CE tanúsítvánnyal rendelkező, genetikai analizátor berendezés kiszállítása, számítógéppel, monitorral és szoftverekkel együtt, annak összeszerelése, üzembehelyezése - A készülék alkalmas legyen Sanger szekvenálási reakciótermékek vizsgálatára nukleinsav szekvencia meghatározása céljából 100-700 bázispár méretre kiterjedően (célzott újraszekvenálás humán/patogén mutáció meghatározás) - A készülék alkalmas legyen fragment analízisen alapuló vizsgálatok elvégzésére (MLPA, mikroszatellita analízis) - A készülék alkalmas legyen: minimum 4 minta egyidejű elektroforézisére (4 kapilláris) - minimum 18 hónap jótállás bizto

