

Melody III D/TS 2. sz szerzmód

I.D.: 106000933

Melléklet(ek):

- portal_ehr-206542024.pdf

A szerződés típusa:	Szolgáltatásmegrendelés	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	71630000-3 71631000-0 71631100-1	Ajánlatkérő szervezet:	Országos Kórházi Főigazgatóság

Rövid

összefoglaló:

9 db MELODY III D/TS típusú digitális mammográfiás berendezés szervízbe történő szállítása, hibafeltárása, beüzemelése (esetleges visszaszállítása vagy selejtezése)
Az ajánlattevő részéről ellátandó feladatok tartalma:

- A készülékek beszállítása az ajánlattevő szervízébe (szállítás)
- Állapotszemle, technológiai teszt (hibafeltárás)
- Az észlelt technológiai állapotról, és a szükségesnek látott javításokról, alkatrészekről - készülékenként - adatlap és - felújítás szükségessége esetén - árazott költségvetés készítése, állapotfelmérési adatok írásos bemutatása
- Az OKFŐ által nem javíthatónak ítélt, azaz selejtezendőnek ítélt készülék szakszerű szétbontása, döntés az alkatrészek további sorsáról, a visszamaradó gépelemek szabályos megsemmisítése (selejtezés)
- Adott készülék üzembe helyezhetőségéről jelzés az OKFŐ felé (értesítés)
- Üzembe helyezhetőség esetén az OKFŐ által megadott intézménybe történő készülék-kihelyezés (kihelyezés), azzal, hogy az üzembe helyezhetőséghez az állapotfelmérés eredményeképpen javítandónak minősülő készülék esetén a készülék kihelyezés egy, az adott egészségügy intézmény vagy az OKFŐ általi külön megrendelés (önálló beszerzés) alapján megvalósuló javítást követően történik a tárgyi keretszerződés időtartama alatt (a javítás megrendelésére az egészségügy intézmény illetve az OKFŐ nem köteles)
- Helyszíni telepítés - beüzemelés (telepítés legfeljebb 9 helyszínen)
- A kitelepített készülékek garancia-idő utáni gyártói előírások szerinti időszakos műszaki felülvizsgálata (készülékenként egy-egy alkalom, az üzembe helyezés során kell elvégezni)
- Betanítás helyszínenként maximum 20 órában (betanítás)
- Szükség esetén az OKFŐ raktárába történő visszaszállítás.

A részletes feladatok leírását a Műszaki leírás tartalmazza.

Összefoglaló: 9 db MELODY III D/TS típusú digitális mammográfiás berendezés szervízbe történő szállítása, hibafeltárása, beüzemelése (esetleges visszaszállítása vagy selejtezése) Az ajánlattevő részéről ellátandó feladatok tartalma: • A készülékek beszállítása az ajánlattevő szervízébe (szállítás) • Állapotszemle, technológiai teszt (hibafeltárás) • Az észlelt technológiai állapotról, és a szükségesnek látott javításokról, alkatrészekről - készülékenként - adatlap és - felújítás szükségessége esetén - árazott költségvetés készítése, állapotfelmérési adatok írásos bemutatása • Az OKFŐ által nem javíthatónak ítélt, azaz selejtezendőnek ítélt készülék szakszerű szétbontása, döntés az alkatrészek további sorsáról, a visszamaradó gépelemek szabályos megsemmisítése (selejtezés) • Adott készülék üzembe helyezhetőségéről jelzés az OKFŐ felé (értesítés) • Üzembe helyezhetőség esetén az OKFŐ által megadott intézménybe történő készülék-kihelyezés (kihelyezés), azzal, hogy az üzembe helyezhetőséghez az állapotfelmérés eredményeképpen javítandónak minősülő készülék esetén a készülék kihelyezés egy, az adott egészségügy intézmény vagy az OKFŐ általi külön megrendelés (önálló beszerzés) alapján megvalósuló javítást követően történik a tárgyi keretszerződés időtartama alatt (a javítás megrendelésére az egészségügy intézmény illetve az OKFŐ nem köteles) • Helyszíni telepítés - beüzemelés (telepítés legfeljebb 9 helyszínen) • A kitelepített készülékek garancia-idő utáni gyártói előírások szerinti időszakos műszaki felülvizsgálata (készülékenként egy-egy alkalom, az üzembe helyezés során kell elvégezni) • Betanítás helyszínenként maximum 20 órában (betanítás) • Szükség esetén az OKFŐ raktárába történő visszaszállítás. A részletes feladatok leírását a Műszaki leírás tartalmazza.
