

Viszkoziméter (oszcillációs cellás)

I.D.: 107396970

| | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| A szerződés típusa: | Árubeszerzés | A dokumentum típusa: | Új kiírások, ajánlati felhívások |
| CPV kódok: | 38425200 | Beadási határidő: | 2025.01.30 10:00 |
| Ajánlatkérő szervezet: | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | Rövid összefoglaló: | A „CCEI_2021-CUSTLAB” projekt keretében kerül sor az 1 db oszcillációs cellával felszerelt viszkoziméter beszerzésére. Alkalmazási terület: Ásványolajtermékek kinematikai viszkozitásának meghatározása Stabinger-féle viszkoziméteres módszerrel Készülékkel szemben támasztott általános követelmények: • Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50/60 Hz. • A készülék rendelkezzen CE minősítéssel. Specifikáció: • Feleljen meg az ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052 és ISO 12185 vizsgálati módszerekben előírt követelményeknek. További részletek a KD részét képező Műszaki leírásban található. |

Összefoglaló: A „CCEI_2021-CUSTLAB” projekt keretében kerül sor az 1 db oszcillációs cellával felszerelt viszkoziméter beszerzésére. Alkalmazási terület: Ásványolajtermékek kinematikai viszkozitásának meghatározása Stabinger-féle viszkoziméteres módszerrel Készülékkel szemben támasztott általános követelmények: • Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50/60 Hz. • A készülék rendelkezzen CE minősítéssel. Specifikáció: • Feleljen meg az ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052 és ISO 12185 vizsgálati módszerekben előírt követelményeknek. További részletek a KD részét képező Műszaki leírásban található.