

„Olympus endoszkópos műszerpark karbantartása,jav”

I.D.: 106356051

A szerződés típusa:	Szolgáltatásmegrendelés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	50344000	Ajánlatkérő szervezet:	Békés Vármegyei Központi Kórház

Rövid összefoglaló: Az ajánlatkérő tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő OLYMPUS gyártmányú ENDOSZKÓPOS készülékek karbantartása (az Endoszkópiás Laboratóriumok eszközeinek felsorolása a I.sz mellékletben található), a nagyobb mértékű, a készülékek üzemképtelenségét előidéző meghibásodások megelőzése, illetve a géppark bármely egységének ad hoc meghibásodása esetén, az egység gyári specifikációt teljesítő állapotának a lehető legrövidebb határidőn belüli helyreállítása a gyártó által előírt és szükséges karbantartási munkák elvégzése. Az átalánydíjas javítási és karbantartási szerződés az Olympus gyári technológia szerint történő teljes szervizszolgáltatást jelenti minden felmerülő hibára:

- Véletlenszerű meghibásodás, továbbá a használatból és a fertőtlenítésből bekövetkező elhasználódás, ebből következő felújítási igény.
- Az endoszkópok ún. „közepes javításait” és felújítását a gyártó regionális központi szervize (Prerov-Csehország és Hamburg-Németország) végzi. A munka megvalósítása, az eszközök CE minősített eredeti- gyári specifikációját megtartva, gyári körülmények között történjen - eredeti gyári anyagokat és technológiát használva (CE minősített technológiai sort megtartva a készülék tervezésétől a tervezett állapot újra építéséig, azaz a szerviz tevékenységéig).
- Minden ún. „kisjavítás”, illetve beavatkozás a cég gyártó által auditált hazai szakszervize által is megvalósításra kerülhet: a folyamatok a gyártói és az ISO minőségirányítási rendszerek által auditáltan történjenek, az eszközök karbantartását, javítását és a cserealkatrészek beépítését a gyári javítási folyamatokat megtartva úgy kell elvégezni, hogy az eszközöknek a feladat elvégzését és a cserealkatrészek beépítését

követően is meg kell felelnie a 2017/745 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet („MDR”) és az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III. 17.) EüM rendelet rendelkezéseinek, azaz a készüléklistában meghatározott Eszközök nem veszíthetik el az orvostechnikai minősítést.

- Az eszközök karbantartásának és javításának minden költsége: szervizanyag és munka, valamint kiszállási díjra fedezetet nyújtson a szerződés
- endoszkópiás perifériák (fényforrás, processzor, stb.) mindennemű javítása (beleértve a fényforrásokhoz szükséges izzók, illetve az un. spirálkábelek cseréjét)
- A géppark negyedéves gyakorisággal, célműszerekkel történő átvizsgálása, illetve adott esetben az ekkor hibásnak talált egység javítása, cserekészülék (díjmentesen) biztosítása az öt munkanapnál hosszabb javítási időt igénylő beavatkozások esetén.
- A szerződés szerinti időtartamon belül Vállalkozó köteles a Megrendelő hivatalos értesítésének (levél, telefax, telefonhívás) kézhezvételétől számított 24 órán belül a javítási munkálatokat megkezdeni, és 5 napon belül befejezni,
- a készülékpark Gyula tagkórházának duodenoszkóp tételeinek meghibásodása a hazai szerviz lehetőségeinek határa után javítási csere formájában kerüljön elhárításra.
- A javításokhoz a Vállalkozó kizárólag eredeti Olympus alkatrészeket használjon, az Olympus általi auditált technológiai rendszer megvalósításával - az MDR előírásoknak megfelelően
- a 4/2009 EüM rendelet 13.melléklete szerint kötelezően elvégzendő időszakos felülvizsgálat (IFV) elvégzése és kiszállás korlátozás nélkül legyen. A szerződés nem nyújt fedezetet az alábbiakra:
- a vizsgálatokhoz szükséges (az „Endoszkópos Tartozékok” katalógusban szereplő) elhasználadott tartozékokra a szerződés nem nyújt fedezetet - kivétel: a torony fényforrásának Xenon izzója: ennek pótlása a szerződésnek része;
- a készülékek nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező sérüléseinek, károsodásainak helyreállítása;
- a szerződés hatálya nem terjed ki az ultrahang endoszkópok ultrahangos egységeinek meghibásodására. Részletesen a műszaki leírásban.

Összefoglaló: Az ajánlatkérő tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő OLYMPUS gyártmányú ENDOSZKÓPOS készülékek karbantartása (az Endoszkópiás Laboratóriumok eszközeinek felsorolása a I.sz mellékletben található), a nagyobb mértékű, a készülékek üzemképtelenségét előidéző meghibásodások megelőzése, illetve a géppark bármely egységének ad hoc meghibásodása esetén, az egység gyári specifikációt teljesítő állapotának a lehető legrövidebb határidőn belüli helyreállítása a gyártó által előírt és szükséges karbantartási munkák elvégzése. Az átalánydíjas javítási és karbantartási szerződés az Olympus gyári technológia szerint történő teljes szervizszolgáltatást jelenti minden felmerülő hibára: • Véletlenszerű meghibásodás, továbbá a használatból és a fertőtlenítésből bekövetkező elhasználódás, ebből következő felújítási igény. • Az endoszkópok ún. „közepes javításait” és felújítását a gyártó regionális központi szerveze (Prerov-Csehország és Hamburg-Németország) végzi. A munka megvalósítása, az eszközök CE minősített eredeti- gyári specifikációját megtartva, gyári körülmények között történjen - eredeti gyári anyagokat és technológiát használva (CE minősített technológiai sort megtartva a készülék tervezésétől a tervezett állapot újra építéséig, azaz a szerviz tevékenységéig). • Minden ún. „kisjavítás”, illetve beavatkozás a cég gyártó által auditált hazai szakszerveze által is megvalósításra kerülhet: a folyamatok a gyártói és az ISO minőségirányítási rendszerek által auditáltan történjenek, az eszközök karbantartását, javítását és a cserealkatrészek beépítését a gyári javítási folyamatokat megtartva úgy kell elvégezni, hogy az eszközöknek a feladat elvégzését és a cserealkatrészek beépítését követően is meg kell felelnie a 2017/745 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet („MDR.”) és az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III. 17.) EüM rendelet rendelkezéseinek, azaz a készüléklistában meghatározott Eszközök nem vesztethetik el az orvostechikai minősítést. • Az eszközök karbantartásának és javításának minden költsége: szervizanyag és munka, valamint kiszállási díjra fedezetet nyújtson a szerződés • endoszkópiás perifériák (fényforrás, processzor, stb.) mindennemű javítása (beleértve a fényforrásokhoz szükséges izzók, illetve az un. spirálkábelek cseréjét) • A géppark negyedéves gyakorisággal, célműszerekkel történő átvizsgálása, illetve adott esetben az ekkor hibásnak talált egység javítása, cserealkatrészek (díjmentesen) biztosítása az öt munkanapnál hosszabb javítási időt igénylő beavatkozások esetén. • A szerződés szerinti időtartamon belül Vállalkozó köteles a Megrendelő hivatalos értesítésének (levél, telefax, telefonhívás) kézhezvételétől számított 24 órán belül a javítási munkálatokat megkezdeni, és 5 napon belül befejezni, • a készülékpark Gyula tagkórházának duodenoszkóp tételeinek meghibásodása a hazai szerviz lehetőségeinek határa után javítási csere formájában kerüljön elhárításra. • A javításokhoz a Vállalkozó kizárólag eredeti Olympus alkatrészeket használjon, az Olympus általi auditált technológiai rendszer megvalósításával - az MDR előírásoknak megfelelően • a 4/2009 EüM rendelet 13.melléklete szerint kötelezően elvégzendő időszakos felülvizsgálat (IFV) elvégzése és kiszállítás korlátozás nélkül legyen. A szerződés nem nyújt fedezetet az alábbiakra: • a vizsgálatokhoz szükséges (az „Endoszkópos Tartozékok” katalógusban szereplő) elhasználdott tartozékokra a szerződés nem nyújt fedezetet - kivétel: a torony fényforrásának Xenon izzója: ennek pótlása a szerződésnek része; • a készülékek nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező sérüléseinek, károsodásainak helyreállítása; • a szerződés hatálya nem terjed ki az ultrahang endoszkópok ultrahangos egységeinek meghibásodására. Részletesen a műszaki leírásban.
